

Sina MeatFinder Detection Kit

REF PQ3671



Wet Ice



25 TESTS



محتویات کیت

اجزاء کیت	مقدار	نگهداری (°C)
Human Positive control	10µl	-20
Goat Positive control	10µl	-20
Cow Positive control	10µl	-20
Chicken Positive control	10µl	-20
Cat Positive control	10µl	-20
Buffalo Positive control	10µl	-20
Camel Positive control	10µl	-20
Sheep Positive control	10µl	-20
Dog Positive control	10µl	-20
Pig Positive control	10µl	-20
Horse Positive control	10µl	-20
Master Mix	250µl	-20
Primer Mix	225µl	-20

علائم و راهنماها

نشانه ها	تعاریف
	محدوده ی دمایی برای استفاده از محصول
	نام و آدرس کارخانه سازنده محصول
REF	نشانه گرید فنی محصول
	شرایط نگهداری و حمل و نقل
	تعداد تست قابل استفاده

SinaClon
شرکت سیناکلون BioScience

Unit 9, Rouyesh building, Science and Technology Park,
Tarbiat Modares University, Pajouhesh Blvd, Tehran, Iran



+982191082111




hi@sinaclon.com



www.sinaclon.com


کیت Sina MeatFinder امکان شناسایی گونه‌های جانوری در نمونه‌های غذا و خوراک فرآوری‌شده را فراهم می‌کند. روش تشخیص، مبتنی بر تکثیر نوکلئیک‌اسید توسط PCR است که نتیجه‌ی آن یک باند با اندازه خاص برای هر یک از گونه‌ها می‌باشد. این کیت با نمونه‌های تازه و فرآوری‌شده آزمایش شده است. DNA الگو از نمونه‌ها استخراج می‌شود تا با PCR، تکثیر و با الکتروفورز ژل آگارز آنالیز شود.

این کیت مواد غذایی بیولوژیکی مخلوط یازده گونه‌ی حیوانی را (گوشت گاو، بز، گربه، گوسفند، سگ، خوک، اسب، شتر، مرغ و بوفالو و انسان) با استفاده از تکثیر یک ژن میتوکندریایی بسیار حفاظت‌شده شناسایی می‌کند. انتخاب این ناحیه‌ی ژنی بر اساس تعداد کپی بالا در ژنوم گونه‌های جانوری هدف و تفاوت‌های کوچک ژنتیکی بین گونه‌ها می‌باشد.



تجزیه و تحلیل محصولات تکثیر شده توسط الکتروفورز افقی در ژل‌های آگارز انجام می‌شود. جهت مشاهده‌ی باند مربوط به هر نمونه، محصول PCR را روی ژل آگارز 2-3% لود کنید.

ردیف	گونه‌ها	اندازه محصول
۱	انسان	۱۰۰ جفت باز
۲	بز	۱۴۲ جفت باز
۳	گاو	۲۲۳ جفت باز
۴	مرغ	۲۸۳ جفت باز
۵	گربه	۳۷۰ جفت باز
۶	بوفالو	۴۸۰ جفت باز
۷	شتر	۵۳۲ جفت باز
۸	گوسفند	۶۰۵ جفت باز
۹	سگ	۷۶۱ جفت باز
۱۰	خوک	۹۰۱ جفت باز
۱۱	اسب	۱۰۷۵ جفت باز



محصول PCR تکثیر شده روی ژل آگارز : ۱- انسان، ۲- بز، ۳- گاو، ۴- مرغ، ۵- گربه، ۶- گاو میش، ۷- شتر، ۸- گوسفند، ۹- سگ، ۱۰- خوک، ۱۱- اسب، SM- ماکر 50bp و NC- کنترل منفی

تذکرات و پیشنهادات

۱- لطفاً قبل از استفاده، از سالم بودن کیت و اجزا کیت اطمینان حاصل کنید. استفاده از کیت‌های معیوب ممکن است باعث فقدان نتایج و یا نتایج دوگانه شود.

۲- از محصول پس از تاریخ انقضا یا نزدیک به زمان انقضا استفاده نکنید.

۳- با توجه به اینکه میزان و کیفیت نمونه DNA در نتایج حاصل از این کیت از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که برای تهیه DNA گوشت تازه یا فرآوری شده از کیت استخراج DNA سیناکلون (Cat. NO: EX6011) استفاده کنید. باید اطمینان حاصل شود که DNA خالص به عنوان الگوی این کیت مورد استفاده قرار می‌گیرد (غلظت 5-50ng/μl، $A_{260}/A_{280} = 1.8-2.0$ و عدم وجود مهارکننده‌های PCR). برای واکنش‌های PCR، از حداقل 2 نانوگرم DNA ژنومی در هر واکنش PCR استفاده کنید (در صورت مشاهده ی باند غیراختصاصی، از رقت حداقل نانوگرم پیشنهاد شده استفاده کنید).

۴- توصیه می‌شود با انجام موازی تست با کنترل مثبت، از کیفیت DNA خالص شده و شرایط انجام تست اطمینان حاصل کنید.

۵- هنگام کار با کیت از دستکش لاتکس و همچنین روپوش آزمایشگاهی استفاده کنید. پس از انجام آزمایش دست‌ها را کاملاً بشویید.

۶- جهت جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط، محل استخراج نوکلئیک‌اسید، تهیه PCR Mix و مکان اضافه نمودن نمونه نوکلئیک‌اسید به PCR Mix را از هم مجزا کنید. در هر مکان باید دستکش پوشیده شود و قبل از رفتن به مکان بعدی دور انداخته شود. تجهیزات، مواد و محلول‌ها به صورت اختصاصی استفاده شوند و از مکانی به مکان دیگر منتقل نشوند. جهت آماده سازی فرآیند PCR به کارگیری تجهیزات مورد استفاده در فرآیند استخراج نوکلئیک‌اسید خودداری کنید.

۷- برای به دست آوردن نتایج صحیح باید دستورالعمل را دنبال کنید. در صورت بروز مشکل و یا سوال با بخش فنی سیناکلون تماس حاصل فرمایید.

۸- ویال‌های مواد را با دقت باز و بسته کنید. دستورالعمل‌های نگهداری کیت، در مورد دما و قرار گرفتن در معرض نور را رعایت کنید. پس از استفاده، درب ویال‌ها را ببندید و در دمای مشخص شده نگهداری کنید.

۹- اجزای کیت به طور همزمان در یک تست مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اجزای کیت را با کیت‌های دیگر جایگزین نکنید.

۱۰- امکان انجام تست در تمامی دستگاه‌های ترموسایکلر وجود دارد. در صورتی که از دستگاه Real Time PCR جهت انجام تست استفاده می‌کنید کانال SYBR را فعال کنید (این مرحله تنها جهت بررسی انجام فرآیند تکثیر در طول واکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتایج حاصل از کیت تأثیری نخواهد داشت).

پروتکل

الف. استخراج نوکلئیک‌اسید

استخراج DNA از نمونه‌های گوشتی را با استفاده از کیت‌های معتبر موجود در بازار و طبق پروتکل ویژه‌ی کیت، انجام دهید.

ب. پروتکل آزمون تشخیصی PCR

ویال‌های حاوی اجزای واکنش را روی رک یخ قرار دهید تا ذوب شوند (از ذوب و انجماد مکرر اجزای کیت خودداری نمایید). جهت جمع‌آوری قطرات در هر ویال آن‌ها را با دور پایین اسپین کنید.

۱- حجم نهایی هر واکنش 20μl است. در ابتدا محاسبه کنید که جهت تست نمونه به همراه کنترل‌ها به چه مقدار از Master Mix و Primer Mix نیاز دارید. توصیه می‌شود که در هر بار سنجش از یک میکروتیوب کنترل مثبت و یک میکروتیوب کنترل منفی (بدون نمونه) نیز استفاده کنید (این مقدار هنگام محاسبه حجم لازم برای انجام همه واکنش‌ها باید در نظر گرفته شود). مخلوط واکنش را مطابق با جدول ۱ آماده کنید (توجه کنید که مقادیر داخل جدول به ازای یک واکنش می‌باشد و این مرحله از آزمون زیر هود لامینار انجام گیرد).

Reagent	Volume (per reaction)	4. 3. 2. 1.
Master Mix	10μl	
Primer Mix	9μl	

- ۲- مقدار $19\mu\text{l}$ از مخلوط حاصل را درون هر میکروتیوب تست بریزید.
- ۳- سپس میکروتیوب‌ها را از هود لامینار به مکان اضافه کردن نمونه‌ی نوکلئیک‌اسید منتقل کنید و
- به میکروتیوب کنترل مثبت مقدار $1\mu\text{l}$ از کنترل مثبت مورد بررسی که همراه با کیت ارائه شده است را اضافه کنید (در صورت تمام شدن هر یک از کنترل مثبت‌ها، می‌توانید از یک DNA خالص از قبل تأییدشده از نمونه‌ی مدنظر نیز در این میکروتیوب استفاده کنید).
- به میکروتیوب نمونه مقدار $1\mu\text{l}$ از DNA استخراج‌شده را اضافه کنید.
- به میکروتیوب کنترل منفی مقدار $1\mu\text{l}$ از آب مقطر استریل اضافه کنید.
- ۴- درب میکروتیوب‌ها را بسته و آن‌ها را در دور پایین اسپین کنید.
- ۵- میکروتیوب‌ها را در دستگاه ترموسایکلر قرار دهید و طبق جدول ۲ برنامه دمایی دستگاه را تنظیم کنید.

جدول (۲) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر			
Step	Temperature (°C)	Time (sec)	Number of cycles
Pre-incubation	95	300	1
Denaturation	95	30	36
Annealing	68	30	
Extension	72	45	

حمل و نقل و شرایط نگهداری کیت و نمونه‌ها

- ۱- این محصول باید در دمای 20°C - حمل و نگهداری شود و در صورت نگهداری در دمای مذکور تا اتمام تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه‌ی آن قابلیت استفاده دارد. برای جلوگیری از کاهش حساسیت تست از ذوب و انجماد مکرر محتویات کیت خودداری گردد.
- ۲- اجزای کیت در شرایط نگهداری مشخص شده پایدار هستند. نگهداری در شرایط دیگر می‌تواند باعث کاهش بازدهی محتویات کیت شود.
- ۳- جمع‌آوری نمونه باید بر اساس شرایط، نوع نمونه و مطابق با پروتکل‌های استاندارد صورت گیرد. نمونه باید ظرف مدت 24 ساعت در دمای $2-8^{\circ}\text{C}$ به آزمایشگاه منتقل شود. شرایط نگهداری و انتقال نمونه در نتایج آزمایش این کیت موثر است. شرایط نادرست نگهداری نمونه‌ها، وجود عوامل مهارکننده در واکنش آزمون، آلودگی‌های خارج از کنترل به وجود آمده در طی پردازش نمونه می‌تواند منجر به نتایج نادرست آزمایش شود.

مواد و محلول‌های مورد نیاز که همراه با کیت عرضه نشده است

- ۱- آب مقطر استریل (Cat. NO: CH8161)
- ۲- مواد مورد نیاز جهت آماده‌سازی ژل آگارز
- آگارز (Cat. NO.: EP5051)
- بافر (Cat. NO.: EP5031) TBA/TAE
- محلول رنگ آمیزی ژل (Cat. NO.: EP5083)
- بافر Loading (Cat. NO.: MM2121)